



1.11 キューでのバッチ の編集

標準取扱説明時間 : 0:05:00
ビデオ概算時間 : 0:04:00

ビデオを再生する

Agilent ICP-MS MassHunter 基礎
Rev.3.0.2 – February 2021
50

キュー

- リボン > [ホーム] タブ > [バッチ] グループ > [キューに追加]
- [ウォーミングアップのスキップ]
- [最後にプラズマオフ]
- [完了後のバイアル]



Agilent Technologies

Agilent ICP-MS MassHunter 基礎
Rev.3.0.2 – February 2021
51

測定中のサンプルの追加/削除方法

- 測定キューの [サンプルリスト] ペインで最初の空白行を選択
- [編集モードの開始] をクリック
- サンプルを追加/削除する
- [編集モードの終了] をクリックする

その他

- 一番最近測定したバッチを再度測定する方法
- 測定したバッチを編集して、再度測定する方法