



1.7 设置批处理 (2/3) - 数据分析方法

标准操作说明时间: 0:10:00
视频估算时间: 0:06:30

[播放视频](#)

Agilent ICP-MS MassHunter 基础
修订版 3.0.2 - 2021年2月
30

设置

- [数据分析方法]
 - [全定量分析]
 - [半定量分析]
 - [分析模式]



Agilent Technologies

Agilent ICP-MS MassHunter 基础
修订版 3.0.2 - 2021年2月
31

待测元素列表

- [删除]
- [从采集方法调用列表]
- 设置 [内标] 元素

校正 (1/3)

- [校正曲线]
- [原点]
- [内标]
- [单位]
- [级别]

校正 (2/3)

- [乘后的浓度]
- [添加级别]
- [高级信息] (MassHunter 5.1 是从任务导航栏进行操作)
 - [全定量离群值]
 - [数据处理列表]

校正 (3/3)