



1.3 等离子体点火 和启动

标准操作说明时间: 0:10:00

视频估算时间: 0:07:00

[播放视频](#)

等离子体点火

打开真空

待机

准备所需的试剂类

安装蠕动
泵管并调
节张力

设置启动

将自动进
样器的探
头移动到
纯水的样
品瓶中

等离子体
点火



其他

- [状态查看器]
- [退出预热]
- [最后关闭等离子体]
- 在等离子体已处于点火状态下执行启动
- [配置点火序列]